

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32413721880

на право заключения договора на поставку сенсоров и датчиков для газоанализаторов.

Дата и время поступления запроса: 21.06.2024 12:56

Вопрос:

поз. 5, 6, 7,8,9, 10, 11 указана гос поверка. Так как отдельно от вторичного преобразователя датчики не поверяются, прошу внести изменения в тз в части гос. поверки.

Ответы:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает, что в соответствии с поступившим запросом в раздел IV «Техническое задание» Извещения о закупке будут внесены изменения.

Директор



В.Н. Юркин